

# EG-Konformitätserklärung

für orthopädische Einlagenversorgung von Sicherheitsschuhen

Der Hersteller

**Medicovi**

**Komplette Anschrift**

erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die nachstehend beschriebenen Sicherheitsschuhe der Firma **Grisport**, Serien:

**STS**, Artikel – gem. Anhang

**BIONIK** – Artikel gem. Anhang

mit den orthopädischen sensomotorischen Einlagen Medicovi® A-40 und A-41 nach **EN ISO 20345:2011** geprüft wurden und übereinstimmen mit der **PSA Verordnung (EU) 2016/425**

Die Baumusterprüfung wurde von der notifizierten Stelle

**TÜV Rheinland LGA GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg**


Notified Body Nr. 0197

durchgeführt.

Das genannte Prüfinstitut hat die Baumusterprüfbescheinigung **BP** ausgestellt.

Ort, 05.12.2018

Medicovi



Name *Peter Vindriis*

-Geschäftsführer-